



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

检定证书



Verification Certificate

证书编号: 20223490044
Certificate No:

委托单位 西塞山区市场监督管理局
Applicant
样品名称 单相费控智能电能表
Name of Sample
型号规格 DDZY3-Z
Type/Specification
出厂编号 00100006122868
Serial No.
生产厂家 浙江华仪电子工业有限公司
Manufacturer
检定依据 JJG596-2012《电子式电能表检定规程》;
Verification Regulation
检定结论 符合2级
Verification Conclusion

批准人 杜先智

Approved By

(检定专用章)

核验员 杜先智

Stamp

Checked By

检定员 杜先智

Verified By

检定日期 2022 年 05 月 18 日
Date of verification Year Month Day
有效日期 2030 年 05 月 17 日
Valid Until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)B001号
Authorization Certificate No.


电话: 0714-6517358
Telephone

地址: 湖北省黄石市金山大道76号
邮编: 435000
Address: Jinshan Road Huangshi Golden Hill Development Zone Post Code

传真: 0714-6517358
Fax

委托单号: S-2201264

第 1 页 共 3 页



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20223490044
Certificate No:

本所是国家法定计量检定机构 (This body is an institute of legal verification)
授权单位 (Authorization body): 湖北省质量技术监督局

检定环境条件及地点 (Environmental condition on the verification)

温度 (Temperature): 20 °C 湿度 (Humidity): 50 %RH 其它 (Others): /

地点 (Place): 所内实验室 原始记录纸编号 (Recod paper No): 20223490044

检定使用的计量标准 (Standards of measurement used the verification)

名称	型号规格	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至
Name	Type Specification	Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	Certificate No	Valid date to
单相智能电能表检定装置	CL1001F-24	0.1级	2020DW04310300	2022-6-21

注 (Note):

1、未经本所许可, 不得部分复制本证书。


This Certificate Can Not Be Partly Copied If Not Allowed By HHHMT

2、本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。

It's Effect That The Results of This Relate Only To The Sample(s) Calibrated

3、请妥善保管此证书。

Please Take Good Care of The Certificate



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20223490044

Certificate No:

检 定 结 果

- 外观检查: 合格
- 潜动试验: 合格
- 启动试验: 合格
- 最大基本误差: -0.2%
- 常数试验: 合格
- 时钟日计时误差: $+0.08\text{s/d}$

以下空白

