



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

检定证书



Verification Certificate

证书编号: 20221460010
Certificate No:

委托单位 西塞山区市场监督管理局
Applicant

样品名称 膜式燃气表
Name of Sample

型号规格 JGD2.5-N
Type/Specification

出厂编号 1492102208331111
Serial No.

生产厂家 金卡智能股份有限公司
Manufacturer

检定依据 JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》;
Verification Regulation

检定结论 合格
Verification Conclusion

(检定专用章)

Stamp

批准人 杜先智

Approved By

核验员 杜先智

Checked By

检定员 毛卫兵

Verified By

检定日期 2022 年 05 月 17 日
Date of verification Year Month Day

有效日期 2032 年 05 月 16 日
Valid Until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)B001号
Authorization Certificate No.


地址: 湖北省黄石市金山大道76号
Address: Jinshan Road Huangshi Golden Hill Development Zone

委托单号: S-2201258

电话: 0714-6517358
Telephone

传真: 0714-6517358
Fax

第 1 页 共 3 页



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20221460010

Certificate No:

本所是国家法定计量检定机构 (This body is an institute of legal verification)
授权单位 (Authorization body): 湖北省质量技术监督局

检定环境条件及地点 (Environmental condition on the verification)

温度 (Temperature): 22.0 °C 湿度 (Humidity): 45.40 %RH 其它 (Others): /

地点 (Place): 所内实验室 原始记录纸编号 (Recod paper No): 20221460010

检定使用的计量标准 (Standards of measurement used the verification)

名称	型号规格	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至
Name	Type Specification	Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	Certificate No	Valid date to
音速喷嘴式燃气表检定装置	MJ2210-12	U=0.5% (k=2)	2018LL02911572	2023-11-19

注 (Note):

1、未经本所许可, 不得部分复制本证书。


This Certificate Can Not Be Partly Copied If Not Allowed By HHIIMT

2、本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。

It's Effect That The Results of This Relate Only To The Sample(s) Calibrated

3、请妥善保管此证书。

Please Take Good Care of The Certificate



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20221460010

Certificate No:

检定结果

序号	检定项目	检定结果
1	外观及功能	合格
2	密封性	合格
3	附加装置	合格
4	示值误差 (%)	q_{\max} 0.55
		$0.2q_{\max}$ -0.97
6	结论	合格

以下空白

