



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

检定证书



Verification Certificate

证书编号: 20221460012
Certificate No:

委托单位 西塞山区市场监督管理局
Applicant
样品名称 膜式燃气表
Name of Sample
型号规格 FQ-NG2.5
Type/Specification
出厂编号 1262012107665115
Serial No.
生产厂家 新天科技股份有限公司
Manufacturer
检定依据 JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》;
Verification Regulation
检定结论 合格
Verification Conclusion

批准人 杜先智

Approved By

(检定专用章)

核验员 杜先智

Stamp

Checked By

检定员 毛文兵

Verified By

检定日期 2022 年 05 月 17 日
Date of verification Year Month Day
有效日期 2032 年 05 月 16 日
Valid Until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)B001号
Authorization Certificate No.

电话: 0714-6517358
Telephone


地址: 湖北省黄石市金山大道76号
Address: Jinshan Road Huangshi Golden Hill Development Zone

邮编: 435000
Post Code

传真: 0714-6517358
Fax

委托单号: S-2201258

第 1 页 共 3 页



湖北省黄石市计量检定测试所


Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20221460012
Certificate No:

本所是国家法定计量检定机构 (This body is an institute of legal verification) 授权单位 (Authorization body): 湖北省质量技术监督局				
检定环境条件及地点 (Environmental condition on the verification)				
温度 (Temperature): 22.0 °C 湿度 (Humidity): 44.57 %RH 其它 (Others): /				
地点 (Place): 所内实验室 原始记录纸编号 (Recod paper No): 20221460012				
检定使用的计量标准 (Standards of measurement used the verification)				
名称	型号规格	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至
Name	Type Specification	Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	Certificate No	Valid date to
音速喷嘴式燃气表检定装置	MJ2210-12	U=0.5% (k=2)	2018LL02911572	2023-11-19

注 (Note):

- 1、未经本所许可, 不得部分复制本证书。
This Certificate Can Not Be Partly Copied If Not Allowed By HHIIMT
- 2、本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。
It's Effect That The Results of This Relate Only To The Sample(s) Calibrated
- 3、请妥善保管此证书。
Please Take Good Care of The Certificate



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20221460012

Certificate No:

检定结果

序号	检定项目	检定结果
1	外观及功能	合格
2	密封性	合格
3	附加装置	合格
4	示值误差(%)	q_{\max} -0.42
		$0.2q_{\max}$ 0.08
6	结论	合格

以下空白

