



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

检定证书



Verification Certificate

证书编号: 20221460013
Certificate No:

委托单位 Applicant	西塞山区市场监督管理局
样品名称 Name of Sample	膜式燃气表
型号规格 Type/Specification	JGD2.5-N
出厂编号 Serial No.	1492102107969112
生产厂家 Manufacturer	金卡智能股份有限公司
检定依据 Verification Regulation	JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》;
检定结论 Verification Conclusion	合格

批准人 杜先智

Approved By

(检定专用章)

核验员 杜先智

Stamp

Checked By

检定员 毛又良

Verified By

检定日期 2022 年 05 月 17 日
Date of verification Year Month Day

有效日期 2032 年 05 月 16 日
Valid Until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)B001号
Authorization Certificate No.

电话: 0714-6517358
Telephone


地址: 湖北省黄石市金山大道76号
Address: Jinshan Road Huangshi Golden Hill Development Zone

邮编: 435000
Post Code

传真: 0714-6517358
Fax

委托单号: S 2201258

第 1 页 共 3 页



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20221460013
Certificate No:

本所是国家法定计量检定机构 (This body is an institute of legal verification) 授权单位 (Authorization body): 湖北省质量技术监督局				
检定环境条件及地点 (Environmental condition on the verification)				
温度 (Temperature): 22 °C 湿度 (Humidity): 45.51 %RH 其它 (Others): /				
地点 (Place): 所内实验室 原始记录纸编号 (Recod paper No): 20221460013				
检定使用的计量标准 (Standards of measurement used the verification)				
名称	型号规格	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至
Name	Type Specification	Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	Certificate No	Valid date to
高速喷嘴式燃气管表检定装置	MJ2210-12	U=0.5% (k=2)	2018LL02911572	2023-11-19

注 (Note):

1、未经本所许可, 不得部分复制本证书。


This Certificate Can Not Be Partly Copied If Not Allowed By HHIMT

2、本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。

It's Effect That The Results of This Relate Only To The Sample(s) Calibrated

3、请妥善保管此证书。

Please Take Good Care of The Certificate



湖北省黄石市计量检定测试所

Hubei Huangshi Institute of Measurement and Testing

证书编号: 20221460013

Certificate No:

检定结果

序号	检定项目	检定结果
1	外观及功能	合格
2	密封性	合格
3	附加装置	合格
4	示值误差 (%)	q_{max} 0.34
		$0.2q_{max}$ 1.14
6	结论	合格

以下空白

